


**Ergänzende Information
zur Betriebsanleitung für**

PPT 100

RPT 100

HPT 100

Vakuum Transmitter



Berichtigung Technische Daten / Korrekturfaktoren

In den technischen Daten wurden diverse Korrekturfaktoren falsch angegeben. Folgende Werte sind gültig:

Wasserstoff:	0,58
Helium:	1,02
Argon:	1,59
Kohlendioxid:	0,89


**Supplementary Information
to Operating Instructions**

PPT 100

RPT 100

HPT 100

Vacuum Transmitter



Rectification of the Technical Data / Correction factors

In the technical data several correction factors are wrong. The following values are correct:

Hydrogen:	0,58
Helium:	1,02
Argon:	1,59
Carbon dioxide:	0,89